



RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº: 150/2021

Modalidade: Pregão - RP 93

Edital nº: 118/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS E APARELHOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Município de Patrocínio/MG, inscrito no nº 18. 468.033/0001-26, Seção de Compras e Licitações, através da Comissão de Licitação, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público aos interessados a retificação do edital nos termos abaixo.

Considerando que a alteração interfere na formulação das propostas, **fica adiada a sessão do pregão para o dia 14 de setembro de 2021 às 09:00 horas**, na Sala de Licitações, sito a Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nesta cidade, estará reunida a Comissão para proceder abertura dos envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, **devidamente protocolados na seção de protocolo até no horário acima estabelecido**, ou enviado via correios, para seleção de empresas visando o registro de preços para aquisições de equipamentos antropométricos e aparelhos médico hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sendo a presente licitação do tipo "**Menor Preço Por Item**".

1 - DA RETIFICAÇÃO

1.1 – Fica alterado o item 7.1.2.1, nos seguintes termos:

1.1.1. Onde se lê:

7.1.2.1- As proponentes deverão apresentar também:

1.1.2. Leia-se:

7.1.2.1- Para os itens 01, 05 e 06 as proponentes deverão apresentar também:



1.2. No Anexo I – Termo de Referência, item 5 (BIPAP) – Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 150/2021, fica alterado nos seguintes termos:

1.2.1. Onde se lê:

0005 00005 UN BIPAP AMPLA GAMA DE PRESSAO (4/25CM), RAMPA AJUSTAVEL, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTITUDE, CARTAO DE DADOS SD, LIGAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, AJUSTE DE MASCARA E LEMBRETES PERSONALIZADOS. Modo de funcionamento: CPAP Fixo, BiPAP Fixo Nível de Ruído: 29 dB Garantia do fabricante: 24 meses Registro ANVISA: 10216710200 Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O Define pressão fixa: Sim Define Pressão Automática: Não Rampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.) Alívio de pressão: Bi-Flex Compensa vazamento: Sim Medidas (A x L x C): 10,0 cm x 18,0 cm x 14,0 cm Peso: 1.8 kg Entrada de energia: 100 V - 240 V (Bivolt) Consumo de energia: Não especificado Aceita bateria (acessório não incluso): Sim Temperatura de aquecimento: 70°C Capacidade de água: 325 ml Cartão de dados: Smartcard EncorePro Armazenamento de Dados: Completo (IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso) Software: Encore Pro Compensação de altitude: Automática Auto ON / OFF: Sim Lembrete para Paciente: Sim Itens Inclusos: BiPAP, Tubo (traqueia) Padrão 2 metros Cartão de dados SD (1GB de memória) Fonte e Cabo de energia Manuais em português Bolsa de transporte 02 Filtros de Espuma, 01 Filtro Ultrafino. **APRESENTAR PROSPECTO.**

1.2.2. Leia-se:

0005 00005 UN BIPAP AMPLA GAMA DE PRESSAO (4/25CM), RAMPA AJUSTAVEL, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTITUDE, CARTAO DE DADOS SD, LIGAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, AJUSTE DE MASCARA E LEMBRETES PERSONALIZADOS. Modo de funcionamento: CPAP Fixo, BiPAP Fixo Nível de Ruído: 29 dB Garantia do fabricante: 24 meses. **Registro na ANVISA.** Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O Define pressão fixa: Sim Define Pressão Automática: Não Rampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.) Alívio de pressão: Bi-Flex Compensa vazamento: Sim Medidas (A x L x C): 10,0 cm x 18,0 cm x 14,0 cm Peso: 1.8



kg Entrada de energia: 100 V - 240 V
(Bivolt) Consumo de energia: Não especificado
Aceita bateria (acessório não incluso): Sim
Temperatura de aquecimento: 70°C Capacidade
de água: 325 ml Cartão de dados: Smartcard
EncorePro Armazenamento de Dados: Completo
(IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP,
RERA, Horas de uso) Software: Encore Pro
Compensação de altitude: Automática Auto ON /
OFF: Sim Lembrete para Paciente: Sim Itens
Inclusos: BiPAP, Tubo (traqueia) Padrão 2
metros Cartão de dados SD (1GB de memória)
Fonte e Cabo de energia Manuais em português
Bolsa de transporte 02 Filtros de Espuma, 01
Filtro Ultrafino. **APRESENTAR PROSPECTO.**

1.3. No Anexo I – Termo de Referência, item 6 (ELETROCARDIOGRAFO) –

Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 150/2021, fica alterado nos seguintes termos:

1.3.1. Onde se lê:

0006 00020 UN ELETROCARDIOGRAFO Tela LCD colorida mínimo de 4 polegadas touchscreen, Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real na tela sem divisão de tela, Captura simultânea das 12 variações com uma tecla (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), Detecção automática de pulso de marca-passo. Memória interna para armazenamento de no mínimo 50 registros de ECG, Transferência através de rede Ethernet ou conexão USB. Modo de operação manual, automático e ritmo, Registro em 3/6/12 canais através de impressora térmica acoplada de alta resolução, Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e interpretação do traçado de ECG e de arritmias com no mínimo, Análise morfológica do traçado de ECG, análise por gênero, análise pediátrica integrada, análise do segmento ST, análise do segmento QT e sistema de análise e detecção de marca-passo, Permite ou o uso de papel termossensível milimetrado tipo rolo com no mínimo 100mm de largura, Inserir dados do paciente, nome, idade, sexo, peso, altura e pressão arterial.



Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, data e hora, medições de QRS/QT/PR, filtros, Ajuste automático da linha base, Opções de velocidade de impressão no mínimo, 25mm/s, 50mm/s, Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento a bateria e recarregando a bateria, Indicador e detecção da derivação, indicador individual de eletrodo solto, indicador de falta de papel com mensagem na tela, indicador de nível de carga da bateria, sensibilidade de (ganho) selecionável, no mínimo, 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n), Proteção filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica (60HZ) , filtro de tremor muscular selecionável, no mínimo, 25, 40 Hz, 150 Hz, OFF, circuito de entrada flutuante e isolada, Circuito de proteção contra desfibriladores e bisturi eletrônico, Alimentação automática, 100 a 240V, Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas ou 500 exames, Faixa de frequência cardíaca 30 a 300BPM, Rejeição de modo comum para sinais de 60Hz > 90dB. Acessórios que acompanham, 01 (um) cabo de paciente 10 vias, 04 (quatro) eletrodos tipo clip adulto (membros), 06 (seis) eletrodos precordiais (dorso), 01 (um) carrinho pedestal com rodízios para transporte, 10 (dez) papeis para impressão para no mínimo 100 exames, 01(uma) bateria recarregável.

APRESENTAR PROSPECTO.

1.3.2. Leia-se:

0006 00020 UN ELETROCARDIOGRAFO Tela LCD colorida mínimo de 4 polegadas touchscreen, Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real na tela sem divisão de tela, Captura simultânea das 12 variações com uma tecla (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), Detecção automática de pulso de marca-passo. Memória interna para armazenamento de no mínimo 50 registros de ECG, Transferência através de rede Ethernet ou conexão USB. Modo de operação manual, automático e ritmo, Registro em 3/6/12 canais através de impressora térmica acoplada de alta resolução, Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e



interpretação do traçado de ECG e de arritmias com no mínimo, Análise morfológica do traçado de ECG, análise por gênero, análise pediátrica integrada, análise do segmento ST, análise do segmento QT e sistema de análise e detecção de marca-passo, Permite ou o uso de **papel termossensível milimetrado tipo rolo com largura entre 80mm e 110mm**, Inserir dados do paciente, nome, idade, sexo, peso, altura e pressão arterial. Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, data e hora, medições de QRS/QT/PR, filtros, Ajuste automático da linha base, Opções de velocidade de impressão no mínimo, 25mm/s, 50mm/s, Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento a bateria e recarregando a bateria, Indicador e detecção da derivação, indicador individual de eletrodo solto, indicador de falta de papel com mensagem na tela, indicador de nível de carga da bateria, sensibilidade de (ganho) selecionável, no mínimo, 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n), Proteção filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica (60HZ) , filtro de tremor muscular selecionável, no mínimo, 25, 40 Hz, 150 Hz, OFF, circuito de entrada flutuante e isolada, Circuito de proteção contra desfibriladores e bisturi eletrônico, Alimentação automática, 100 a 240V, Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas ou 500 exames, Faixa de frequência cardíaca 30 a 300BPM, Rejeição de modo comum para sinais de 60Hz > 90dB. Acessórios que acompanham, 01 (um) cabo de paciente 10 vias, 04 (quatro) eletrodos tipo clip adulto (membros), 06 (seis) eletrodos precordiais (dorso), 01 (um) carrinho pedestal com rodízios para transporte, 10 (dez) papeis para impressão para no mínimo 100 exames, 01(uma) bateria recarregável.

APRESENTAR PROSPECTO.

1.4. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital e seus anexos.

Patrocínio, 27 de agosto de 2021.

LÚCIA DE FÁTIMA LACERDA
Pregoeira